



Presidencia de la República Dominicana

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Adquisición de Mascarillas para uso del personal Institucional.”

1. Objetivo General

El objetivo del presente documento se orienta a la **Adquisición de Mascarillas para uso del personal Institucional** que satisfagan los requerimientos y necesidades de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC). También, tiene como finalidad definir los requerimientos, las condiciones y alcances para la provisión del servicio.

2. Criterios de Evaluación

Este proceso es dirigido única y exclusivamente a MiPymes.

3. Alcance

La OPTIC está interesada en la adquisición del siguiente bien:

- Treinta Mil (30,000) mascarillas para uso del personal institucional.

4. Especificaciones

Cantidad	Ítem	Especificaciones Técnicas
20,000	Mascarilla quirúrgica Tipo I	<ul style="list-style-type: none">• Medica Tipo I (UNE-EN 14683)• Eficiencia de Filtrado Bacteriano (BFE): Igual o superior al 95%. Presión diferencial (transpirabilidad)/ Resistencia respiratoria: igual o menor a 29.4 PA/ CM2.• Tejido no Tejido con capa externa impermeable al liquido resistente a salpicaduras, p. Polietileno.• Compuesto por tres (3) capas plegadas no tejidas, forma que cubre completamente la nariz, la boca y la barbilla.• Superficies internas y externas claramente identificables.• Tira nasal maleable, de aluminio, que permite un ajuste perfecto.• Color Azul



Presidencia de la República Dominicana

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Adquisición de Mascarillas para uso del personal Institucional.”

10,000	Mascarillas Tipo KN 95	<ul style="list-style-type: none">• Capa de filtro no tejida, Polipropileno, poliéster, polietileno, aluminio.• Debe cumplir con los requisitos de la FDA y Aprobada por CE• Cumplan requisitos similares a los establecidos por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)• la filtración de la mascarilla facial de Cinco (5) capas, Nivel de filtración :> 95% para partículas de 0.1 a 0.3 micras.• Fuga total hacia adentro (TIL): 2 mm H₂O cumple con los requisitos del tipo IIR: Eficiencia de filtración bacteriana (BFE)> = 98%.• Presión diferencial (Transpirabilidad) o = 120 mm hg (probado de acuerdo con la norma ASTM F1862).• Forma de la máscara: Copa con buena transpirabilidad con un diseño que no colapsa contra la boca.• Sin Válvula• Las Mascarilla del respirador se adapta a todas las formas de la cara, sin fugas de aire de inspiración/ espiración.• El borde superior tiene una tira de puente nasal maleable (Varilla nasal) fácil de integrar que reduce el empañamiento de las gafas.• Tamaño de la tira del puente nasal: 4x90 mm (ancho x largo) (+/1 10%).• Dos correas elásticas resistente.• Color Blanco
--------	-------------------------------	--



Presidencia de la República Dominicana

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Adquisición de Mascarillas para uso del personal Institucional.”

5. Criterios de Adjudicación

El departamento de Compras y Contrataciones en conjunto con los peritos especializados en el área evaluará las ofertas, dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.